

EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA PISCINAS DE USO PÚBLICO

ÍNDICES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FAM.
TDS/ COND. Tª pH	HI-98130	Tester de bolsillo impermeable: - Conductividad de 0 a 20.00mS/cm - TDS de 0 a 10.00 ppt - Temperatura de 0-60°C/32-140°F - pH de 0.00 a 14.00	C
CO2 Tª Humedad Relativa	HI-HSCO2	Tester con un rango de: - CO2 de 0 a 5000ppm - Temperatura de -20 a 80°C - Humedad Relativa de 5 a 95%HR	C
Cloro Libre pH Tª	MALETCLPHEM	El maletín incluye (HI-701 + HI-98107 + HI-98501): - Cloro Libre de 0-2.5 ppm - pH de 0,0-14,0 - Temperatura de -50.0-150.0 °C/-58.0-302.0 °F	C
Cloro Libre pH CE TDS Tª	MALETCLPHCETEM	El maletín incluye (HI-701 + HI-98130 + HI-98501): - Cloro Libre de 0-2.5 ppm - pH de 0,0-14,0 - CE 0.00-20.00 mS/cm - TDS 0,00-10,00 ppt (g/L) - Temperatura de -50.0-150.0 °C/-58.0-302.0 °F	C
Turbidez Cloro Libre pH Tª	HS93703CLPHEM	El maletín incluye (HI-93703+ HI-701 + HI-98107 + HI-98501): - Turbidez 0.00 a 1000 FTU - Cloro Libre de 0-2.5 ppm - pH de 0,0-14,0 - Temperatura de -50.0-150.0 °C/-58.0-302.0 °F	C
Turbidez Cloro Libre Cloro Total Bromo pH Ácido Cia. Hierro Yodo COND. TDS Tª	HI-HSLEG03	Maletín para control de los parámetros físico-químicos de la LEGIONELLA , de acuerdo al Real Decreto 487/2022 , cumple con la norma UNE-ISO 17381 . Incluye (HI-93703+ HI-97101 + HI-98130): - Turbidez 0.00 a 1000 FTU - Cloro Libre y Total 0.00-5.00 mg/L (ppm) Cl2 - Bromo 0.00-10.00 mg/L (ppm) - pH 6.5 a 8.5 pH - Ácido Cianúrico 0-80 mg/L (ppm) - Hierro 0.00-1.60 mg/L (ppm) - Yodo 0.0-12.5 mg/L (ppm) - Conductividad 0,00-20,00 mS/cm - TDS 0,00-10,00 ppt (g/L) - Temperatura 0,0-60,0°C	C
Turbidez Cloro Libre pH	HS98713CLPH	Maletín especialmente diseñado para AGUAS POTABLES , incluye (HI-98713 + HI-701 + HI-98107): - Turbidez 0.00 a 1000 FTU - Cloro Libre de 0-2.5 ppm - pH de 0,0-14,0	C