

EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA AGUA DOMÉSTICA



ÍNDICES	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTROL
Dureza	IN-0402-02	Kit de dureza para medida del agua , por el método de compleximetría EDTA, con un rango de 0-100°F y un número de reactivos 2+1.	Básico Avanzado
Dureza	IN-0402-03	REACTIVO A	
Dureza	IN-0402-04	REACTIVO B	
Dureza	HI-3890	Kit de prueba de dureza total: - Método: titulación - Rango: 0 - 80 TH - Incremento más pequeño: 1 TH	
Cloro	HI-701	Minifotómetro de Cloro Libre con: - Rango de 0-2.5 ppm - Resolución de 0.01ppm - Reactivo HI 93701-01 (polvo) / HI 93701 F (líquido)	Básico Avanzado
TDS	IN-0202-02	Lápiz medidor de TDS de sólidos disueltos (HR y LR) con rango de: - 0 a 999 ppm - 10 a 9999 ppm Resolución de 1ppm y precisión del 2%	Básico
TDS CE Tª pH	HI-98129	Instrumento de bolsillo impermeable con un rango: - TDS de 0 a 2000 ppm - pH de 0.00 a 14.00 - Conductividad de 0 a 3999 µS/cm - Temperatura de 0-60°C/32-140 °F	Básico Avanzado
TDS CE Tª pH	HI-9814	Tester multiparamétrico con sonda: - TDS 0 a 3000 ppm - CE 0.00 a 6.00 mS/cm - Temperatura de 0 a 60°C - pH 0.00 a 14.00	Básico Avanzado
pH	HI-98107	Tester de pH: - pH de 0.00 a 14.00 - Calibración automática en 1 o 2 puntos. - 1000h de batería - Sonda de pequeño diámetro	Avanzado
Tª	HI-98509	Tester Checktemp con rango: - Temperatura de 0 a 60°C - Resolución 0,1°C	Avanzado
pH Absorbancia Alcalinidad Bromo Cloro Cobre Ácido Isoc. Dureza Hierro Ozono Nitrato Fosfato	HI-83326-02	Indicador de Langelier: - pH 6.5 a 8.5 pH; pH electrodo -2.00 a 16.00 pH - Absorbancia: 0.000 a 4.000 Abs - Alcalinidad 0 a 500 mg/L (CaCO ₃) - Bromo 0.00 a 10.00 mg/L (Br ₂) - Cloro libre 0.00-5.00 mg/L; Cloro total 0.00-5.00 mg/L - Cobre total 0.00 a 5.00 mg/L - Ácido isocianúrico 0 a 80 mg/L - Dureza cálcica 0 a 2.70 mg/L - Hierro 0 a 5.00 mg/L - Ozono 0 a 2.00 mg/L - Nitrato 0 a 30.0 mg/L - Fosfato 0 a 2.50 mg/L	Avanzado

FT-ES-EQUIPMEDAGUADOMEST-IN-0X02-XX HI-XXXXX-FL25V01