

APPAREILS DE MESURE POUR PISCINE D'USAGE PUBLIC

INDICE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	FAM.
TDS/ COND. T° pH	HI-98130	Outil de poche étanche: - TDS de 0 à 10 g/L - Conductivité de 0 à 20mS/cm² - Température de 0-60°C/32-140°F - pH de 0.00 à 14.00	C
CO2 T° Humidité Relative	HI-HSCO2	Tester avec une plage de mesure de: - CO2 de 0 à 5000ppm - Température de -20 à 80°C - Humidité Relative de 5 à 95%HR	C
Chlore Libre pH T°	MALETCLPHEM	La mallette comprend (HI701 + HI98107 + HI98501): Chlore libre de 0 à 2,5 ppm pH de 0,0 à 14,0 Température de -50.0-150.0 °C/-58.0-302.0 °F	C
Chlore Libre pH CE TDS T°	MALETCLPHCETEM	La mallette comprend (HI701 + HI98130 + HI98501): Chlore libre de 0 à 2,5 ppm pH 0,0-14,0 EC 0,00-20,00 mS/cm TDS 0,00-10,00 ppt (g/L) Plage de température -50.0-150.0 °C/-58.0-302.0 °F	C
Turbidité Chlore Libre pH T°	HS93703CLPHEM	La mallette comprend (HI93703+ HI701 + HI98107 + HI98501): Turbidité de 0,00 à 1000 FTU Chlore libre de 0 à 2,5 ppm pH de 0,0 à 14,0 Température de -50,0-150,0 °C/-58,0-302,0 °F	C
Turbidité Chlore Libre Chlore Total Bromo pH Ácido Cia. Fer Iode COND. TDS T°	HSLEG03	Kit pour le contrôle des paramètres physico-chimiques de la LEGIONELLA , conformément au décret royal 487/2022 , conforme à la norme UNE-ISO 17381 . Comprend (HI93703+ HI97101 + HI98130): Turbidité 0,00 à 1000 FTU Chlore libre et total 0,00-5,00 mg/L (ppm) Cl2 Brome 0,00-10,00 mg/L (ppm) pH 6,5 à 8,5 pH Acide cyanurique 0-80 mg/L (ppm) Fer 0,00-1,60 mg/L (ppm) Iode 0,0-12,5 mg/L (ppm) Conductivité 0,00-20,00 mS/cm TDS 0,00-10,00 ppt (g/L) Température 0,0-60,0°C	C
Turbidité Chlore Libre pH	HS98713CLPH	Mallette spécialement conçue pour L'EAU POTABLE , comprenant (HI98713 + HI701 + HI98107): Turbidité de 0,00 à 1000 FTU Chlore libre de 0 à 2,5 ppm pH de 0,0 à 14,0	C