

ÉQUIPEMENT DE MESURE POUR L'EAU DOMESTIQUE



INDEX	CODE	DESCRIPTION	CONTRÔLE
Dureté	IN-0402-02	Kit de mesure de la dureté de l'eau , par la méthode de compleximétrie EDTA, avec une plage de 0 à 100 °F et un nombre de réactifs 2+1.	Basique Avancé
Dureté	IN-0402-03	RÉACTIF A	
Dureté	IN-0402-04	RÉACTIF B	
Dureté	HI-3890	Kit de test de dureté totale: - Méthode: titrage - Plage: 0 - 80 TH - Plus petit incrément: 1 TH	
Chlore	HI-701	Mini photomètre à chlore libre avec: - Plage de 0 à 2,5 ppm - Résolution de 0,01 ppm - Réactif HI 93701-01 (poudre) / HI 93701 F (liquide)	Basique Avancé
TDS	IN-0202-02	Stylo TDS pour solides dissous (HR et LR) avec une gamme de: - 0 à 999 ppm - 10 à 9999 ppm Résolution de 1 ppm et précision de 2 %	Essentiel
TDS CE T ^a pH	HI-98129	Instrument de poche étanche avec une gamme: - TDS de 0 à 2000 ppm - pH de 0,00 à 14,00 - Conductivité de 0 à 3999 µS/cm - Plage de température de 0 à 60 °C/32 à 140 °F	Basique Avancé
TDS CE T ^a pH	HI-9814	Testeur multiparamétrique avec sonde: - TDS 0 à 3000 ppm - CE 0,00 à 6,00 mS/cm - Température de 0 à 60°C - pH 0,00 à 14,00	Basique Avancé
pH	HI-98107	Tester le pH: - pH de 0,00 à 14,00 - Calibrage automatique en 1 ou 2 points. - Autonomie de la batterie de 1000h - Sonde de petit diamètre	Avancé
T ^a	HI-98509	Testeur de température de contrôle avec portée: - Température de 0 à 60°C - Résolution 0,1°C	Avancé
pH Absorbance Alcalinité Bromo Chlore Cuivre Acide isoc. Dureté Fer Ozone Nitrate Phosphate	HI-83326-02	Indicateur de Langelier: - pH 6,5 à 8,5 pH; Électrode pH -2,00 à 16,00 pH - Absorbance: 0 000 à 4 000 Abs - Alcalinité 0 à 500 mg/L (CaCO ₃) - Bromo 0,00 à 10,00 mg/L (Br ₂) - Chlore libre 0,00-5,00 mg/L ; Chlore total 0,00-5,00 mg/L - Cuivre total 0,00 à 5,00 mg/L - Acide isocyanurique 0 à 80 mg/L - Dureté calcique de 0 à 2,70 mg/L - Fer 0 à 5,00 mg/L - Ozone 0 à 2,00 mg/L - Nitrate 0 à 30,0 mg/L - Phosphate 0 à 2,50 mg/L	Avancé

FT-FR-EQUIPMEDAGUADOMEST-IN-0X02-XX HI-XXXXX-FL25V01