

ÉQUIPEMENT DE MESURE
POUR L'EAU INDUSTRIELLE



INDEX	CODE	DESCRIPTION	CONTRÔLE
Dureté	IN-0402-02	Kit de dureté pour la mesure de l'eau, par la méthode de complexiométrie EDTA, avec une plage de 0 à 100°F et un nombre de réactifs 2+1.	Basique Avancé
Dureté	IN-0402-03	RÉACTIF A	
Dureté	IN-0402-04	RÉACTIF B	
Dureté	HI-3890	Kit de test de dureté totale: - Méthode: titrage - Plage: 0 - 80 TH - Plus petit incrément: 1 TH	
Chlore	HI-701	Mini photomètre à chlore libre avec: - Plage de 0 à 2,5 ppm - Résolution de 0,01 ppm - Réactif HI 93701-01 (poudre) / HI 93701 F (liquide)	Essentiel
TDS CE T° pH	HI-98129	Instrument de poche étanche avec une gamme: - TDS de 0 à 2000 ppm - Conductivité de 0 à 3999 µS/cm - Plage de température de 0 à 60 °C/32 à 140 °F - pH de 0,00 à 14,00	Essentiel
TDS CE T° pH	HI-98130	Testeur de poche étanche: - TDS de 0 à 10 g/L - Conductivité de 0 à 20 mS/cm2 - Plage de température de 0 à 60 °C/32 à 140 °F - pH de 0,00 à 14,00	Essentiel
TDS CE T° pH	HI-9814	Testeur multiparamètres avec sonde: - TDS 0 à 3000 ppm - CE 0,00 à 6,00 mS/cm - Température de 0 à 60°C - pH 0,00 à 14,00	Essentiel
pH T°	HI-991001-30	Compteur portable avec une gamme de: - pH 2.000 à 20.00 +-2000mV - Temp. -20,0 à 120,0°C/-4,0 à 248,0°F	Avancé
TDS CE T° Résistivité Salinité	HI-98192	Instrument de mesure étanche avec portée: - TDS de 0 à 400 g/L - Conductivité de 0 à 1000 mS/cm - Temp. de -20 à 120°C/-4 à 248°F - Résistivité 0 à 100 MΩ/cm - Salinité 0,0 à 400,0 % NaCl	Avancé
pH TDS CE T° Résistivité Salinité	HI-98195	Instrument de mesure étanche avec portée: - pH de 0,00 à 14,00 / +-600 mV - ORP +-2000mV - Conductivité de 0 à 400 mS/cm - TDS de 0 à 400 000 ppm - Temp. de -5 à 55°C/23 à 131°F - Résistivité 1,0 à 1000,00 kΩcm - Salinité 0,0 à 70 PSU	Avancé



ÉQUIPEMENT DE MESURE
POUR L'EAU INDUSTRIELLE

INDEX	CODE	DESCRIPTION	CONTRÔLE
pH TDS/Cond. T° Résistivité Salinité Oxygène ATM. Pres-sion Turbidité	HI-98594	Instrument de mesure étanche avec une gamme de: - pH de 0,00 à 14,00 / +-600 mV - ORP +-2000mV - Conductivité de 0 à 400 mS/cm - TDS de 0 à 400 000 ppm - Temp. de -5 à 55°C/23 à 131°F - Résistivité 1,0 à 1000,00 kΩcm - Salinité 0,0 à 70 PSU - Oxygène dissous 0,00 à 500,00 ppm - Pression atm. 600 à 1133,2 mbar - Turbidité - Oxygène	Avancé
chlore libre Chlore total pH Acide isoc.	HI-971044C	Mallette que je Comprend des photomètres pour le chlore, le pH et l'acide isocyanurique, ainsi que des réactifs, des normes d'étalonnage, des accessoires et une mallette de transport. - Sans chlore 0,00 à 5,00 mg/L - Chlore total 0,00 à 5,00 mg/L - pH 6,5 à 8,0 pH - Acide isocyanurique 0 à 80 mg/L	Basique Avancé
chlore libre Chlore total pH Acide isoc. Bromo Fer Iode	HI-97101C	Mallette que je Comprend des photomètres pour le chlore, le pH et l'acide isocyanurique, ainsi que des réactifs, des normes d'étalonnage, des accessoires et une mallette de transport. - Sans chlore 0,00 à 5,00 mg/L - Chlore total 0,00 à 5,00 mg/L - pH 6,5 à 8,0 pH - Acide isocyanurique 0 à 80 mg/L - Bromo 0,00 à 10,00 mg/L - Fer 0,00 à 1,60 mg/L - Yodo 0,00 à 12,50 mg/L	Avancé
chlore libre Chlore total pH Acide isoc. Turbidité	HS-94104C	Turbidimètre et photomètre portable multiparamètres: - Turbidité 0,00-9,99 NTU/0,00-50,0 NTU - Sans chlore 0,00 à 5,00 mg/L - Chlore total 0,00 à 5,00 mg/L - pH 6,5 à 8,5 pH - Acide isocyanurique 0 à 80 mg/L	Avancé
Turbidité	HS-93703 POOL	Turbidimètre portable ISO 7027 avec mémoire de données et connexion à l'ordinateur: - Turbidité 0,00-50,0NTU/50-1000 FTU	Avancé
pH Absorbance Alcalinité Bromo Chlore Cuivre Acide isoc. Dureté Fer Ozone Nitrate Phosphate	HI-83326-02	Indicateur de Langelier: - pH 6,5 à 8,5 pH; Électrode pH -2,00 à 16,00 pH - Absorbance: 0 000 à 4 000 Abs - Alcalinité 0 à 500 mg/L (CaCO ₃) - Bromo 0,00 à 10,00 mg/L (Br ₂) - Chlore libre 0,00-5,00 mg/L; Chlore total 0,00-5,00 mg/L - Cuivre total 0,00 à 5,00 mg/L - Acide isocyanurique 0 à 80 mg/L - Dureté calcique de 0 à 2,70 mg/L - Fer 0 à 5,00 mg/L - Ozone 0 à 2,00 mg/L - Nitrate 0 à 30,0 mg/L - Phosphate 0 à 2,50 mg/L	Avancé
Turbidité Cl pH Conduc-teur. T°	HS-98713CLPH-CET	Boîtier pour mesurer l'eau potable Paramètres requis dans le RD 3/2023. Comprend: Turbidimètre portable - HI98713 // Compteur de chlore libre de poche - Checker HI701/ /. Aquarelliste de poche - Checker HI727 // pH-mètre de poche - Testeur HI98107 // Conductimètre de poche - Testeur HI98304 // Thermomètre compact avec sonde de pénétration - Checktemp HI98501 .	

FT-FR-EQUIPMEDAGUAINDUST-IN-0402-XX HI-XXXXX-FL25V01